

Handleiding voor het nieuwe bloednamesysteem, introductie van de DROP-IT houder

Beste dokter,

Door de stopzetting van de productie door TERUMO in 2015 waren we verplicht om op zoek te gaan naar een nieuwe leverancier. Vorig jaar werden de afnametubes omgeschakeld van TERUMO naar GREINER (MLS). Sinds mei 2017 zijn ook de Quick Fit-houder (klik-klik systeem) en de naalden niet meer beschikbaar zijn. Na grondig valideren en uitproberen hebben we beslist om het huidige **klik-klik systeem** te vervangen door een **schroef-klik systeem**. Bij het nieuwe schroef-klik systeem wordt er gebruik gemaakt van de paarse DROP-IT houder. Deze herbruikbare en universele houder kan gecombineerd worden met zowel de zwarte (gauge 22), de groene (gauge 21) en de gele naalden (gauge 20), alsook met de nieuwe vleugelnaalden. In de toekomst is het dus gedaan met de diversiteit in bloednamesystemen en zal de afvalberg voor wat betreft de vleugelnaalden verminderen.

Schroefnaalden + DROP-IT houder



Tip!

Bij ingebruikname van een nieuwe DROP-IT houder is het aangewezen om een paar keer te klikken. Zo versoepelt het kliksysteem en vermindert de kans dat de naald na een eerste bloedname tijdens het verwijderen blijft vastzitten in de houder.



Schroef

U bevestigt schroefgewijs de naald in de houder.



Wist je dat...

het zwarte merkteken ● de situering van het snijvlak toont. Wanneer je de naald ontkapt met de markering bovenaan, dan zit het snijvlak bovenaan en dus onmiddellijk goed om de vene aan te prikken.



Klik

Na de bloedafname houdt u de houder verticaal boven de naaldcontainer. Druk met de duim op de ontgrendeling om de naald met één klik te verwijderen.

Vleugelnaalden met schroefadapter + DROP-IT houder

Wat betreft de vleugelnaalden kan men net als bij de schroefnaalden gebruik maken van de paarse DROP-IT houder op voorwaarde dat de nieuwe vleugelnaalden met schroef(luer)-adapter worden gebruikt. De nieuwe vleugelnaalden zijn reeds gemonteerd op een schroefadapter en dus klaar voor gebruik.



Tip!

Verwijder het kapje van de schroefadapter.



Schroef

U bevestigt schroefgewijs de adapter in de houder zonder het slangetje of de naald ervan los te maken.